政府采购
货物项目招标文件

（电子标）

采购项目名称：　泸溪县人民医院医疗设备采购

政府采购编号：　泸财采计【2024】第34号

采购代理编号：　QFTC2024-057

采　　购　　人：　泸溪县人民医院

采购代理机构：　湖南乾丰项目管理有限公司

2024年9月

目 录

第一章投标邀请 1
第二章投标须知 4
第三章资格审查 20
第四章评标方法及标准（综合评分法） 22
第五章采购需求 33
第六章政府采购合同 37
第七章投标文件的组成 46

第一章 投标邀请

泸溪县人民医院的泸溪县人民医院医疗设备采购进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目名称、编号及预算金额

1、采购项目名称：泸溪县人民医院医疗设备采购

2、政府采购编号：泸财采计【2024】第34号

3、采购代理编号：QFTC2024-057

4、采购项目预算：421.1万元

二、采购人的采购需求

包号	包名称	标的物名称	数量	简要技术要求	采购预算
1	急诊转运呼吸机、注射泵、喉镜、急救转运专用监护仪、多道心电图机	急诊转运呼吸机、注射泵、喉镜、急救转运专用监护仪、多道心电图机	急诊转运呼吸机3台、注射泵1台、喉镜1台、急救转运专用监护仪1台、多道心电图机3台	见第五章采购需求	897000元
2	Q开关Nd:YAG激光治疗机、PRP医用离心机、光谱治疗仪、吸脂仪、强脉冲光治疗仪、二氧化碳激光治疗机、半导体激光治疗机、射频皮肤治疗仪、电子注射器控制助推装置	Q开关Nd:YAG激光治疗机、PRP医用离心机、光谱治疗仪、吸脂仪、强脉冲光治疗仪、二氧化碳激光治疗机、半导体激光治疗机、射频皮肤治疗仪、电子注射器控制助推装置	Q开关Nd:YAG激光治疗机1台、PRP 医用离心机1台、光谱治疗仪1台、吸脂仪1台、强脉冲光治疗仪1台、二氧化碳激光治疗机1台、半导体激光治疗机1台、射频皮肤治疗仪1台、电子注射器控制助推装置1台	见第五章采购需求	3065000元
3	0°耳镜、石蜡柜、电动侧翻床、吊塔、举宫器	0°耳镜、石蜡柜、电动侧翻床、吊塔、举宫器	0°耳镜2台、石蜡柜1台、电动侧翻床2台、吊塔2台、举宫器2台	见第五章采购需求	249000元

1、**采购项目需要落实的政府采购政策**：1.优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。

2.支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

3、**采购进口产品**：不接受进口产品投标。

三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件： 投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、非法人组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人特定资格条件：

（1）提供有效的医疗器械经营企业许可证。

（2）所投产品必须提供中华人民共和国医疗器械注册证。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

5、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单， 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

四、获取电子招标文件的时间、期限、方式

1、本项目为电子招投标项目，投标人应当在《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn） 进行注册登记和 CA 认证，须在规定时间内通过“湘西公共资源交易网”会员端下载采购文件， 否则无法进行电子投标文件制作及进行电子投标。

2、有意参加投标者，请于2024年9月13日至 2024年9月26日 17:30 时止(北京时间， 下同)，登录中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）→查看政府采购公告→附件→下载招标文件， 或者登陆《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）→点击“一站式综合服务系统”→点 击“投标人/供应商/竞买方登录”→证书 Key 登录） →点击“采购业务-填写投标信息”菜单， 进 入页面→点击“操作”按钮，进入到投标信息完善详情页面：填写项目负责人，点击我要投标→ 点击“采购业务-采购公告及文件下载”菜单， 进入页面→点击“领取”下载按钮， 进入详细页面 →点击“下载招标文件”按钮，进入文件详细页面进行交易文件下载。

（备注： 以上 2 种途径均可获取招标文件， 但投标供应商必须登陆《湘西公共资源交易网》 完成点击我要投标阶段的操作，否则将会影响其投标）。

3、请投标人登录《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn） 下载电子投标文件制 作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式 的投标文件。逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

五、投标截止时间、开标时间、开标地点及电子投标文件解密时限

1、提交电子投标文件的截止时间：2024年10月10日09时00分（北京时间）

2、开标时间： 2024年10月10日09时00分（北京时间）

3、开标地点：湘西自治州公共资源交易中心不见面开标室九（吉首市吉凤街道州行政中心政务服务大楼四楼）

4、电子投标文件解密时限：30分钟，请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

六、投标保证金

无

七、公告期限：

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）和湘西公共资源交易网 (http://ggzyjy.xxz.gov.cn/)发布。公告期限从本招标公告发布之日起 5 个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准； 公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、疑问及质疑：

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

采 购 人： 泸溪县人民医院
联 系 人： 曾女士
电 话： 0743-4260675
地 址： 泸溪县白沙镇建北路 331 号
代理机构名称：湖南乾丰项目管理有限公司
地 址： 湖南湘西吉首市乾州金宏帝景同道楼812室
联系人： 郑先生
电 话： 18797450100

十、其它补充事宜

1、本项目为电子交易系统项目，参与投标均须使用 CA 数字证书登陆进行操作。投标人参与本项目的投标事宜，须办理至少以下数字证书：（1）办理投标单位数字证书（含电子印章）；⑵被授权委托人数字证书（法人代表投标须办理法人代表数字证书，含个人电子签名）。投标时，必须使用对应投标单位的 CA 数字证书进行投标参与及投标文件制作。具体办理流程详见《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）“服务导航”菜单“CA 办理指南”。数字证书（含电子 印章）有关业务流程或电话咨询：0743-8523032。

2、投标人在编制电子投标文件时应当将大小控制在200M以内，请投标人注意控制文件大小。

3、由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。

4、如果开标时出现网络故障、技术故障等情形而影响招投标活动，招标人可采取项目延期、延长投标文件解密时间等相应措施，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

5、开标注意事项：投标人自行完成投标文件解密，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。

6、请各投标人一定要提前熟悉系统操作和软件操作，投标文件制作软件过程中如遇问题可联系新点技术支持：4009980000 ，QQ：664019508。清单制作：18021232185。如因不会操作所造成的投标失败或损失由投标人自行负责！

第二章 投标须知

第一节 投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
一、说明		
第 1.1 款	采购项目	泸溪县人民医院医疗设备采购
第 1.2 款	专门面向中小企业采购	否
第 2.2 款	采购人名称、地址、电话、联系人	名　称：泸溪县人民医院 地　址：泸溪县白沙镇建北路 331 号 联系人：曾女士 电　话：　0743-4260675
第 2.3 款	采购代理机构名称、地址、电话、联系人	代理机构名称：湖南乾丰项目管理有限公司 地址：湖南湘西吉首市乾州金宏帝景同道楼812室 联系人：　郑先生 电话：　18797450100
第 2.5 款	采购进口产品	不接受进口产品投标。
第 3.2 款	拒绝联合体形式投标	不接受
第 5.1 款	招标文件提供期限	2024年9月13 日至2024年9月26日17:00 时止(北京时间)
第 5.2 款	组织现场考察或者召开答疑会	不组织
二、招标文件		
第 7.4 款	非实质性偏离的范围和幅度	招标文件第五章【采购需求】中非实质性条款偏离项数之和＞10 项将导致无效投标。
第 9.1 款	招标公告指定媒体	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn） 湘西州公共资源交易网（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）
三、投标文件		
第 13.2 款	采购预算、最高限价	本项目总采购预算、最高限价421.1万元，其中：包1最高限价：89.7万；包2最高限价：306.5万；包3最高限价：24.9万。

第 14.1 款	投标人应提供资格审查资料	**1、投标人基本资格条件：** 投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、非法人组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件， 即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
条款号	**条款名称**	**编列内容规定**
		（5） 参加政府采购活动前三年内， 在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。（以上投标人基本资格条件采用承诺制，格式以投标人资格声明为准） **2、投标人特定资格条件：** （1） 提供有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件。 （2） 所投产品必须提供中华人民共和国医疗器械注册证。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 5、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单， 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 6、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。 7、投标人有下列情形之一的， 视为无效投标（★）： （1）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （2）资格证明文件过了有效期的；
第 16.1 款	投标有效期	60 日（日历日）， 如投标有效期不足的，在评标时将视为无效投标。
第 17.1 款	投标保证金	无

条款号	条款名称	编列内容规定
		无
第 18.1 款	分包	无
四、投标		
第 20.2 款	投标截止时间（开标时间）	2024年10 月10日09时00分（北京时间）
五、开标、资格审查和评标		
第 23.1 款	解密电子投标文件时限及方式	投标人使用加密投标文件的 CA 数字证书在投标截止时间起 30分钟内完成投标文件的解密， 投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（如因交易平台出现系统故障，导致解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间）
第 23.3 款	需要宣布的其他内容	无
六、中标信息公布		
第 27.2 款	中标候选人并列的确定中标人的方式	以投标报价由低到高，报价相同的以投标产品技术参数满足招标文件非实质性响应的偏离项多少来确定中标候选人
第 28.3 款	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址	联系部门： 湖南乾丰项目管理有限公司 联系电话： 18797450100 通讯地址： 湖南湘西吉首市乾州金宏帝景同道楼812室
七、合同签订		
第 30.1 款	履约担保	不需要
九、其他规定		
第 34.1 款	招标代理服务费	按代理协议约定收费标准收取
第 35.1 款	其他规定	

第二节 投标须知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称 **【投标须知前附表】**）中所叙述的采购项目。

1.2 **【投标须知前附表】** 规定采购项目专门面向中小企业采购的， 如投标人为非中小企业， 其**投标无效**。

2. 定义

2.1 采购项目联系人姓名和电话见 **【投标须知前附表】**。

2.2 采购人名称、地址、电话、联系人见 **【投标须知前附表】**。

2.3 采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**【投标须知前附表】。**

2.4 投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5 进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕 119 号） 和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕 248 号）文件规定的产品。除 **【投标须知前附表】** 另有规定外，采购项目**拒绝进口产品参加投标**。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

2.6 电子招标投标： 是指电子招标投标参与各方（采购人、采购代理机构、供应商、评审专家） 按照相关法律法规的规定， 应用网络信息技术， 使用 CA 数字证书（含电子签章、签名） 在电子招标投标交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。

3. 投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合 **【投标须知前附表】** 规定的投标人资格条件。

3.2 **【投标须知前附表】** 规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第 3.1 款规定外，还应遵守以下规定：

（1） 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的， 应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2） 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书， 明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3） 联合体各方签订联合体协议书后， 不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何， 采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 组织现场考察或者召开答疑会

5.1 采购人、采购代理机构可以在 **【投标须知前附表】** 规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2 获取招标文件的潜在投标人应按 **【投标须知前附表】** 规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3 潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4 采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿， 或延长合同期限的要求。

二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2 采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7. 偏离与实质性响应

7.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2 偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3 除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“▲”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离， 为实质性偏离， **其投标无效**。

7.4 投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件， 为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合 **【投标须知前附表】** 的规定， **否则投标无效**。

8. 询问

8.1 潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9. 招标文件的澄清或者修改

9.1 采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在 **【投标须知前附表】** 规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的， 采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间 15 日前， 以数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的， 将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3 招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足 3 家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

9.4 通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告。

三、投标文件

10. 投标语言

10.1 除专用术语外， 投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释， 有差异时以中文为准。

11. 计量单位

11.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

12.1 投标文件由如下内容组成：

第一部分 资格证明文件

（1）开标一览表

（2）投标保证金

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

（4）投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务和技术文件

（5）投标函

（6）分项报价

（7）采购需求响应

（8）合同条款偏离表

（9）采购需求偏离表

（10）享受政府采购政策优惠的证明资料

（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件

（12）投标人认为需提供的其他资料

（13）中标服务费承诺书

12.2 投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件， 不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

12.3 投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

12.4 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否， 其投标文件不予退还。

13. 投标报价

13.1 投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础， 按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2 投标人的投标报价不得超过采购预算， 也不得超过最高限价(如果设定)， 否则其**投标无效**。采购项目预算、最高限价见 **【投标须知前附表】**。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4 投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价， 否则其**投标无效**。

13.5 采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其**投标无效**。

13.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的， 不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其**投标无效**。

13.7 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的， 应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

13.8 投标报价的其他要求见 **【投标须知前附表】**。

14. 投标人的资格证明文件

14.1 除 **【投标须知前附表】** 另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1） **法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件， 自然人的身份证明**：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2） **投标人资格声明(格式)**

（3）**符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件**。具体要求见**【投标须知前附表】**。

14.2 投标人以联合体形式投标的， 除应提交联合协议(格式)外， 参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3 投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位电子章， 并按招标文件规定签署。

15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2 上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料， 包括但不限于：

（1） 货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标， 投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于**【投标须知前附表】** 中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其**投标无效**。

16.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17. 投标保证金

17.1 招标文件要求投标人提交投标保证金的， 投标人应按 **【投标须知前附表】** 规定， 在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

17.2 联合体投标的， 可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的， 对联合体各方均具有约束力。

17.3 投标保证金的退还按政府采购相关规定办理：

17.4 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2） 中标人无正当理由不与招标人订立合同， 在签订合同时向招标人提出附加条件， 或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

18. 分包

18.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的， 应符合 **【投标须知前附表】** 规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件， 并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2 中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3 不符合招标文件中有关分包规定的，其**投标无效**。

19. 电子投标投标文件的制作和签署

19.1 投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子投标文件制作工具”， 并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

19.2 投标人应按照电子招标文件要求制作电子投标文件， 并进行电子签名和盖章后提交至交易平台。

19.3 电子招投标文件具有法律效力， 若投标文件与招标文件要求不一致， 其内通影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

四、投标

20. 电子投标文件的加密和提交

20.1 投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后提交至交易平台。未按要求加密的投标文件，交易平台将无法接受， 采购代理机构不予受理。

20.2 投标人应在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前规定将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。逾期不予受理。

20.3 如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。

20.4 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的， 该投标文件视为无效投标文件。

20.5 投标人将最终投标文件上传至交易平台后， 系统将显示“上传成功”， 否则请重新上传。

21. 电子投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在招标文件规定的投标截止时间前， 可以撤回已上传的投标文件， 也可以撤回并修改后再重新上传。

21.2 采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的， 投标人应按照修改、澄清后的招标文件重新编制投标文件并上传至交易平台。

22. 串通投标行为

22.1 有下列情形之一的， 属于恶意串通， 对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1） 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2） 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3） 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4） 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5） 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6） 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7） 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间， 为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

22.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标， 其**投标无效**：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互签章；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标，资格审查和评标

23. 开标

23.1 开标时，出现下列情形之一的，采购代理机构不予受理：

（1）经检查数字证书无效的电子投标文件；

（2）电子投标文件未按照招标文件的要求进行加密的；

（3）电子投标文件未按招标文件要求上传至交易平台的；

（4）投标人未按照 **【投标须知前附表】** 规定的方式及时间解密电子投标文件的；

（5）其它违反法律、法规的情形。

23.2 采购人或者采购代理机构应按招标文件规定的时间、地点在交易平台上组织公开开标，

并邀请投标人参加。

23.3 开标程序。采购代理机构在投标截止时间后，按下列程序进行开标：

（1）公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性和加密状况；

（2） 投标人在规定的时间内解密投标文件； 因投标人原因造成投标文件未解密的， 视为撤销其投标文件；部分投标文件未解密的， 其他投标文件的开标可以继续进行。

（3）唱标。宣读投标人名称、投标价格和 **【投标须知前附表】** 规定需要宣布的其他内容；

（4）投标人代表通过电子开标软件在开标记录上进行确认。在规定的时间内未进行确认的，视同认可开标结果。

23.4 开标时，投标人不足 3 家的，不得开标。

23.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义， 以及认为采购人或者采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的， 应当场提出询问或者回避申请。

23.6 采购人或者采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请， 按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

24. 资格审查

24.1 开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。

24.2 资格审查结束后， 采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于 3 家的，不得评标。

25. 评标委员会

25.1 评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

25.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2） 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

26. 评标

26.1 评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布

27.中标通知书与中标信息公布

27.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

27.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内， 在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照 **【投标须知前附表】** 规定的方式确定中标人； 招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

27.3 采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起 2 个工作日内， 发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果， 招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为 1 个工作日。

28. 投标人询问及质疑

28.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的， 可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

28.2 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的， 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》 (湘财购〔2019〕 20 号)规定， 以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

28.3 投标人提出质疑的， 应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见 **【申请人须知前附表】**。

28.4 采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操

作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

28.5 投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意， 或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的， 可在答复期满后 15 个工作日内， 按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

29. 签订合同

29.1 采购人应自中标通知书发出之日起 30 日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

29.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

29.4 中标合同将在招标公告指定媒体上公告， 但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

30. 履约担保

30.1 招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的， 中标人应按照 **【投标须知前附表】** 的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

30.2 中标人没有按照本章第 30.1 款规定提交履约担保的， 视为**放弃中标**，其投标保证金不予退还。

31. 政府采购合同履行中数量的变更

31.1 政府采购合同履行中， 采购人需追加与合同标的相同的货物服务的， 在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、政府采购政策

32.政府采购政策

32.1 优先采购：

（1） 纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单， 实施政府优先采购的， 评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分；

（2） 纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的， 实施政府优先采购，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分。

32.2 强制采购：

（1） 纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单， 实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品） ，投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其**投标无效**。

32.3 价格评审优惠：

（1） 投标人为小型、微型企业， 且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（2） 小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的， 联合体视同为小型、微型企业；

（3） 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

32.4 政府采购政策交叉与叠加

（1） 投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的， 评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）

（2） 投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的， 评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3） 小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

32.5 小型、微型企业的投标人提供部分小型、微型企业制造的产品， 以及部分投标产品属于优先采购的， 评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。投标人应按本章第 33.6 款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。

32.6 投标人符合本章第 32.1 款、第 32.2 款、第 32.3 款规定的， 应提供相关证明资料。

（1） 节能产品、环境标志产品： 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和投标产品所在页（截图）。

（3）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》 (财库[2011]181 号)规定， 投标人提供《小型、微型企业声明函》（格式）。

（4） 监狱企业： 按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕 68 号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5） 残疾人福利性单位： 按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库〔2017〕 141 号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

32.7 投标人有融资、担保需求的， 可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

九、其他规定

33.招标不足三家处理

33.1 公开招标数额标准以上的采购项目， 投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1） 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的， 采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2） 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定， 需要采用其他采购方式采购的， 采购人应当依法报财政部门批准。

33.2 属上款第（2） 项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

34. 招标代理服务费

34.1 招标代理服务费由中标人支付的， 投标人应按 **【投标须知前附表】** 规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供中标服务费承诺书。

35. 需要补充的其他内容

35.1 招标文件需要补充的其他内容见 **【投标须知前附表】**。

第三章 资格审查

1. 资格审查主体

1.1 资格审查主体： 采购人、采购代理机构负责资格审查。

2. 资格审查

2.1 资格审查依据法律法规和招标文件的规定， 对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2 在资格审查时， 投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）联合体投标未提交联合体协议书， 或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求进行电子签名、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.3 信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2） 不良信用记录是指： 投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中， 列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。 投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。

3. 资格审查结果

3.1 未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2 资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

第四章 评标方法及标准（综合评分法）

第一节 评标方法及标准前附表

条款号	条款名称		编列内容规定
第 1.3 款	评标方法		综合评分法
第 3.4 款	非单一产品采购项目的核心产品		无
第 4.2 款	投标文件报价出现前后不一致的修正		按本章第 4.2 款
第 5.2 项	相同品牌产品评审得分相同的规定		投标报价最低的同品牌投标人获得评审资格
第 5.3（1） 项	价格评审优惠	扶持小、微企业	投标人如提供有小、微企业产品， 投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。 1、给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的 扣除， 用扣除后的价格参与评审， 本项目具体扣除 比例为： 价格部分 10%。 2、小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，给予该联合体投标价格给予 2%-3%的价格折扣， 用扣除后的价格参与评审， 本项目具体扣除比例为：价格部分 /%。 3、联合体各方均为小型、微型企业的， 联合体视同为小型、微型企业， 给予该联合体投标价格给予6%-10%的扣除， 用扣除后的价格参与评审， 本项目具体扣除比例为：价格部分/%。
		监狱企业、残疾人福利性单位	投标人如提供监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品， 投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。 监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格给予 6%-10%的扣除， 用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为： 价格部分 6%。
第 5.3（2） 项	优先	节能产品或环	投标产品为《节能产品政府采购品目清单》非“★”

	采购	境标志产品或两型产品	产品、《环境标志产品政府采购品目清单》产品的，投标人必需提供节能或环境标志产品认证证书复印件，未按以上要求提供认证证书复印件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购： 采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值 4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分 4%、价格部分 4%。
			投标产品为《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）内的：投标人必需提供湖南省两型产品政府采购目录此批内所在页复印件和附表《本项目所投两型产品清单》，未按要求提供上述资料的，评审时不予优先采购。 1、对于价格评标项中，可以对两型产品给予价格评标总分值的 4%-8%幅度不等的加分； 2、在技术评标项中，可以对两型产品给予技术评标总分值的 4%-8%幅度不等的加分； 3、在商务评标项中，对在项目所在地设有完善的售后服务机构和网点的两型产品，可以给予商务评标总分值的 4%-8%幅度不等的加分。 本项目具体加分比例分别为：技术部分 4%、价格部分 4%、商务部分 4%。
第 6.1 款	中标候选人并列的确定中标人的方式		以投标产品技术参数满足招标文件非实质性响应的偏离项多少来确定中标候选人。

第二节 评标方法及标准

1. 评标方法

1.1 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2 本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称 **【评标方法及标准前附表】**）。

2. 评标程序

2.1 评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

3. 投标文件的符合性审查

3.1 资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2 符合性审查合格投标人少于 3 家的，应予废标。

3.3 单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4 非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在 **【评标方法及标准前附表】** 中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的， 视为相同品牌，按本章本节第 3.3 款规定处理。

4. 投标文件的澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以数据电文形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标文件的投标报价出现前后不一致的，除**【评标方法及标准前附表】** 另有规定外， 按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3 投标文件报价同时出现两种以上不一致的， 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表电子签名或者加盖单位电子章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4 投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表电子签名，并按评标委员会的通知要求递交至交易平台。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5 有效的澄清材料，是投标文件的补充材料， 成为投标文件的组成部分。

4.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料； 投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

5. 投标文件的比较与评价

5.1 评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2 单一产品采购项目：

综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的， 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照 **【评标方法及标准前附表】** 规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人**不作为中标候选人**。

5.3 非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.3 政府采购政策：

（1） 价格评审优惠： 按 **【评标方法及标准前附表】** 及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。

（2） 优先采购： 评审时按 **【评标方法及标准前附表】** 及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

6. 推荐中标候选人

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按 **【评标方法及标准前附表】** 规定的方式确定中标人；招标文件未规定的， 采取随机抽取的方式确定。

7. 编写评标报告

7.1 评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8. 评标报告复核

8.1 汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

8.2 汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.3 评标报告签署前， 经复核发现存在以上情形之一的， 评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的， 书面报告本级财政部门。

9. 停止评标

9.1 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的， 应当停止评标工作， 与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件， 重新组织采购活动。

10. 废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11. 重新组建评标委员会进行评标

11.1 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的， 采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2 有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1 评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定， 从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容， 而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2 未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效， 不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

2.投标无效

2.1 投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2） 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应， 或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第 1.1 款规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其**投标无效**，并书面报告本级财政部门。

第四节 投标文件的比较与评价

1.综合评分法

1.1 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2 评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页 1 “评标方法及标准表”。

1.3 未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1 如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第 4.2 款、第 4.3 款规定进行算术修正。

2.2 需落实政府采购政策（价格评审优惠）的， 按第二章“投标须知”及本章第二节第 5.3（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3 按本章本节第 2.1 款、第 2.2 款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3.投标报价评价

3.1 投标报价评价： 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价， 其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分= （评标基准价$_{修正或调整}$ / 投标报价$_{修正或调整}$） × 报价权重分

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1 技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页 1 “评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2 需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第 5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

5.评标总得分

5.1 评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝$A_{投标报价得分}$＋$A_{技术项得分}$＋$A_{商务项得分}$＋$A_{优先采购加分}$

5.2 评分分值计算保留小数点后两位， 小数点后第三位“四舍五入”。

5.3 评标时， 评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

6. 中标候选人的推荐方法

6.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2 得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。

附页 1　评标方法及标准表

评标方法及标准

评审因素及权值	
评审因素	**权值范围**
技术部分	（A1） 40
商务部分	（A2） 30
价格部分	（A3） 30

综合评分表			
评审因素	**计分因素**	**分值**	**计分标准**
技术部分(F1)	技术参数	90.0	以招标文件“第五章采购需求”为基准，完全满足或优于招标文件技术指标的记90分；带▲技术指标或设备主要技术要求的实质性响应项，如有负偏离，取消投标人资格。 1、非实质性项如有负偏离每处扣9分（以最小单位为一项）本次招标允许≤10 项负偏离。 2、正偏离不加分。
	维保服务方案	10.0	根据投标人针对本项目提供的维保服务方案进行评分； 包括但不限于服务团队、团队管理、服务响应、质量保障、预防性维护、配件储备、技术支持、应急处置等方面。**（评价量化指标：1、方案科学合理，2、针对性、可操作性强，切合项目实际，3、不简单套用编造）**完全满足采购人需求的计10分；方案存在缺漏缺陷或错误**（评价量化指标：1、存在不切合实际，2、凭空编造，3、逻辑漏洞等情形）**，每处扣2分，扣完为止。未提供不计分。
	节能、环境标志产品加分(此仅限于节能、环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清 单内的产品，在评审时不予加分)： 所投环保产品的价格 ————————————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为节能、 环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分， 并合计到技术最终得分。		
	两型社会产品加分(此仅限于湖南省两型产品政府采购目录内产品且符合加分要素规定，不 是目录内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投两型产品的价格 ————————————————×商务权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为两型社会政府采购目录内产品时，只对该品目商务加分，并合计到 商务最终得分。		

商务部分(F2)	销售业绩	36.0	近年来投标产品同型号机型每提供一个销售项目的证明文件（提供合同复印件） 计 4 分，计满本项分值为准；（未提供上述相关证明 文件的复印件，视同无业绩，不予计分）。对于投标人所提供的同样项目业绩案例，采购人保留予以核实的权利。如发现投标人提供虚假业绩，按虚假应标处理。
	售后服务	20.0	评标专家根据投标人提供有针对本项目售后服务方案： ①故障电话 7天*24小时内电话响应，收到现场服务请求后维保工程师保证 6 小时内到达现场为优，得20分； ②故障电话 7天*12小时内电话响应，收到现场服务请求后维保工程师保证 12 小时内到达现场为优良好，得14 分； ③故障电话 7天*8小时内电话响应；收到现场服务请求后维保工程师保证24 小时内到达现场为一般，得 8 分； 未提供针对本项目售后服务方案的不得分。
	售后服务机构	22.0	1、生产制造商在湖南省内有授权售后服务机构，配有专职维保人员的，计22分；生产制造商在湖南省外有相应授权售后服务机构，配有专职维保人员的，计12分。 （需提供授权售后服务机构营业执照及专职维保人员名单等相关证明文件复印件，未提供不得分）,不重复计分。
	质量保证	22.0	满足招标文件最低质保期要求的，记17分；延长一年质保时间加5分，计满本项满分为止。
	两型社会产品加分(此仅限于湖南省两型产品政府采购目录内产品且符合加分要素规定，不是目录内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投两型产品的价格 ————————————————×商务权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为两型社会政府采购目录内产品时，只对该品目商务加分，并合计到商务最终得分。		
价格部分(F3)	投标报价	100.0	1 、投标报价调整 （扶持中小企业发展优惠政策、残疾人福利性单位优惠 政策）： 如整包投标， 整包某一品目为中小企业产品或残疾人福利性单位 产品，只对其品目中小企业产品或残疾人福利性单位产品报价进行折扣， 再合计到投标报价总价中。本项目的具体扣除比例详见第二章。 2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分； 其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分= （评标基准价/投标报价） ×价格权值×100
	节能、 环境标志产品加分(此仅限于节能、 环境标志政府采购品目清单内产品， 不是品目清 单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投环保产品的价格 ————————————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为节能、 环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。		

	两型社会产品加分(此仅限于湖南省两型产品政府采购目录内产品且符合加分要素规定，不 是目录内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投两型产品的价格 ————————————————×商务权值×100×本项目加分比例=　应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为两型社会政府采购目录内产品时，只对该品目商务加分，并合计到商务最终得分。

第五章 采购需求

第一节 采购清单一览表

包号	包名称	标的物名称	数量	简要技术要求	采购预算
1	急诊转运呼吸机、注射泵、喉镜、急救转运专用监护仪、多道心电图机	急诊转运呼吸机、注射泵、喉镜、急救转运专用监护仪、多道心电图机	急诊转运呼吸机3台、注射泵1台、喉镜1台、急救转运专用监护仪1台、多道心电图机3台	见第五章采购需求	897000元
2	Q开关Nd:YAG激光治疗机、PRP医用离心机、光谱治疗仪、吸脂仪、强脉冲光治疗仪、二氧化碳激光治疗机、半导体激光治疗机、射频皮肤治疗仪、电子注射器控制助推装置	Q开关Nd:YAG激光治疗机、PRP医用离心机、光谱治疗仪、吸脂仪、强脉冲光治疗仪、二氧化碳激光治疗机、半导体激光治疗机、射频皮肤治疗仪、电子注射器控制助推装置	Q开关Nd:YAG激光治疗机1台、PRP 医用离心机1台、光谱治疗仪1台、吸脂仪1台、强脉冲光治疗仪1台、二氧化碳激光治疗机1台、半导体激光治疗机1台、射频皮肤治疗仪1台、电子注射器控制助推装置1台	见第五章采购需求	3065000元
3	0°耳镜、石蜡柜、电动侧翻床、吊塔、举宫器	0°耳镜、石蜡柜、电动侧翻床、吊塔、举宫器	0°耳镜2台、石蜡柜1台、电动侧翻床2台、吊塔2台、举宫器2台	见第五章采购需求	249000元

注： 1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标， 不得仅对一个包中的部分品目投标， 否则**投标无效。**

3、货物的主要技术参数或规格： 详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其**投标无效**。

5、投标人同时投标不同包时，需独立制作各投标包号的投标文件。

第二节 技术要求

包1包含以下设备：

急诊转运呼吸机技术参数

一、整机与显示要求

1. 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。
2. 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。
3. 电池续航时间≥10小时。
4. ▲呼吸机主机重量≤4.5kg（提供设备说明书，检测报告）。
5. 高性能涡轮，峰值流速≥210L/min。
6. 可配备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。
7. 采用≥7英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。
8. 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。
9. ▲具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量（提供设备说明书，检测报告）。
10. 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

二、环境适应性要求

1. 防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。
2. 最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。
3. 工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。
4. 具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

三、呼吸模式及功能

1. 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。
2. 可选高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气模式（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）
3. 可配备无创通气模式和氧疗模式。
4. 呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
5. 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

四、设置参数

1. 潮气量：20ml—2000ml
2. 吸气压力：1—60 cmH2O
3. 呼气末正压：0—50 cmH2O
4. 吸入氧浓度：21—100%
5. 吸气时间：0.1—10s

6. 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF
7. 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
8. 呼气触发灵敏度：Auto，1—85%
9. 氧疗流量：2—80L/min

五、监测参数和报警

1. 监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。
2. 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。
3. 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

六、信息化功能要求

1. ▲信息互连：支持多种无线方式（配备WiFi）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求（提供设备说明书，检测报告）。

注射泵技术参数

1. 注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者
2. 速率范围：0.1-1200ml/h，最小步进0.1ml/h
3. 预置输液总量范围：0.1-9999ml
4. 快进流速范围：0.1-1200ml/h
5. 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
6. LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；
7. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
8. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；
9. 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息；
10. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
11. 电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h
12. 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能
13. 防进液等级IPX4
14. 可升级无线模块，实现无线联网监测；
15. 注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求
16. 整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带
17. 满足EN1789标准，适合在救护车使用。

喉镜技术参数

1. 电源:1.5VX2“C“型电池(2号)
2. 灯泡:2.5V/0.45A
3. 叶片规格:92、114、134毫米

急救转运专用监护仪招标参数

监护仪外形结构：

1. 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2. 工作大气压力57.0 - 107.4 kPa，满足高原地区的使用。
3. 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。
4. ▲为满足转运需求，屏幕≥5英寸彩色触摸显示屏，重量小于1KG,操作方便，小巧便携。
5. ≥IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。
6. 坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。
7. 整机无风扇设计，内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。
8. 具备便携插件箱，扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。
9. 配置扩充基座，基座具备外接AC电源接口、有线网络接口、USB接口，可连接主监护仪。

监测参数：

10. 支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温监测。
11. 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。
12. 具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。
13. 心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。
14. 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。
15. 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。
16. ▲提供≥25种心律失常事件的分析。
17. 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。
18. ▲具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

系统功能：

19. 可显示弱灌注指数（PI）。
20. 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。
21. 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。
22. IBP测量范围：-50 - 360 mmHg，支持实时PPV测量。
23. >=1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
24. 支持连接同品牌中央监护系统，通过无线或有线的方式实现监护参数、波形和报警无缝连接医院的信息系统。

多道心电图机技术参数

1. 屏幕尺寸不小于10英寸，支持全屏多点触控。
2. 高清分辨率，显示像素不小于1920*1200。
3. 外部接口：USB接口x2，18导导联线接口x1，12导导联线接口x1，Type-C接口x1，有线网络接口x1。
4. 无线传输：蓝牙4.2，无线Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双频段。
5. ▲移动通信：内置eSIM卡和标准SIM卡，不接受外挂4G模块。
6. 内置传感器：NFC近场通信、指纹识别登陆、红外条码扫描仪、前置高清摄像头。
7. 机器轻巧便携，重量≤1.5kg。
8. 整机配置标准化台车或便携包，满足病房巡检。
9. 心电采集器内置在主机里，不接受外置采集盒的方式。

10. 导联模式：9/12导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。
11. 输入阻抗：≥100MΩ。（10Hz）
12. 频率响应：0.01z~350Hz，-3dB。
13. 定标电压：1mV±2%。
14. ▲耐极化电压：≥±900mV（±5%）。
15. 内部噪声：≤12.5μVp-p。
16. 时间常数：≥5s。
17. 共模抑制比：≥140dB。
18. 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。
19. A/D转换：24 位。
20. ▲心电波形采样率：≥60,000 Hz，每导联；具有起搏检测功能，起搏采样率：≥80,000 Hz，每节律导联。
21. 灵敏度/增益：（1.25 mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV，10/5 mm/mV，AGC）±5%。
22. 设备内置存储器：≥32GB内存，存储病历不小于100000例（10秒静态心电）或20000例（60秒静态心电）。
23. 外部扩展：支持外接U盘扩展存储空间，支持SD卡存储。
24. 交流电源：交流 100V~240V，50Hz/60Hz；直流电源：锂电池，电池额定电压≥12V。
25. 内置可充电锂离子电池，额定容量≥50Wh，额定电压≥15V，充足后可正常工作时间≥8小时，充分保证出诊和查房使用。
26. Android操作系统，友好的用户界面，灵活方便的操作。
27. 内置一维\二维码扫描仪并支持外接扫描枪、外接读卡器输入，支持社保卡、身份证等卡片信息读取。
28. 具备导联脱落检测功能；支持各种异常的友好提示。
29. 支持采集波形质量颜色指示；可辅助判断心电波形质量，待波形稳定后，机器可自动触发采集，支持采集过程中出现干扰自动重采、分析、存储、上传、打印。
30. 支持高级功能：药物试验，心向量，心率变异，晚电位等高级功能。（提供以上功能的软件截图）
31. 支持多种节律采集方式如：实时采集、单节律采样、多节律采样等，支持节律导联自定义选择。
32. 具有自主研发的心电算法，支持自动分析及自动诊断功能，算法通过美国AHA、MIT三大数据库测试及欧洲CSE认证。
33. 支持多种在线诊断工具，可通过放大波形、平均模板、在线测量、电子病历等多种方式辅助医生诊断。
34. 支持Bazett、Fridericia、Framingham、Hodges等≥5种QTC公式。
35. 支持对心电图波形进行自动分析、测量得出初步诊断结果及解释。
36. 支持接收并显示第三方设备的数据
37. 支持通有线或无线与其它医疗设备连接，获取和管理数据。
38. 支持病人数据同屏对比。
39. 支持3x3、6+3、9x1、3x4+1R、6x2+1R、12x1等心电波形显示。
40. 支持波形预览和报告预览；可USB外接打印机或WIFI连接打印机，通过A4纸打印心电波形和报告。
41. 支持用户指纹登陆。
42. 支持用户权限控制。
43. 支持病人信息加密显示。

44. 支持PDF、SCP、FDA-XML、DICOM、JPG、BMP等格式输出，可对接医院HIS、电子病历、心电网络等系统，满足医院信息化需求。
45. 可通过蓝牙传输来分享心电图报告。可选的报告格式有PDF、JPG等。
46. 支持与服务器时间同步。
47. 支持机器异常错误代码通讯功能，在服务端可以查看机器状态、异常错误类型。
48. 支持GPS定位，可远程获取设备位置、序列号、软件版本号等相关信息。
49. 支持在线升级系统版本及软件版本。
50. 公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证。
51. 产品拥有中华人民共和国医疗器械注册证书，并提供注册证编号。
52. 产品通过IHE认证。
53. 产品获取欧盟CE认证、美国FDA认证。

包2包含以下设备：

Q开关Nd:YAG激光治疗机

主要技术参数

1、激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器(Nd:YAG激光器)
2、 激光波长：1064nm /532nm
3、传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂。
4、 治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能
5、光斑直径：1064nm:2～8mm（8mm为平行光传输）
532nm:1.5～7mm（7mm为平行光传输）
6、脉冲宽度：4ns/4ns+4ns／900ps～2.5ns
7、终端单脉冲输出能量：1064nm：100mJ-1200mJ
532nm：5mJ-400mJ
8、光路系统：采用陶瓷双腔、双棒、双灯泵浦
9、重复频率：1～10Hz
10、激光瞄准：650nm±5nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调
11、冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置
12控制系统：彩色触摸屏显示，具有参数修正功能及升级接口，主电源工作电压、冷却水温度、光斑计数、计时显示，故障语言显示及声音提示，密码设置、常用数据储存等功能。
13、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能。
14、电 源：AC220V/50Hz/10A。

医用离心机技术参数

一、技术参数：
最高转速 5000r/min
最大相对离心力 4400×g
定时范围 0－999min
电源 AC220V 50Hz 8A
外形尺寸 56×45×38cm

重量 Weight　　32kg
转子容量　　50ml×4（标配）可离心50ml注射器
　　20ml适配器 4只（标配）可离心20ml注射器
15ml×4×4（选配）可离心10ml注射器

光谱治疗仪主要技术参数

1、光源：点阵光源：原装进口LED长寿命窄波光源，最高可达50000小时。

2、光源类型：点阵光源

点阵光源采用非球面完美配光曲线光学技术原理，让点阵透镜光源波长、光强均匀分布。

3、辐照面积：≥500mm×300mm;

4、峰值波长:红光：633±10nm;

蓝光：417±20nm;

黄光：590±10nm;

5、最大有效辐照度：点阵光源：红光：≥110 mW /cm2

蓝光：≥170 mW /cm2

黄光：≥25 mW /cm2

6、光源模组结构：由5扇独立可折叠光源组成，每扇可180°～90°内自由调节；

优良的散热设计，大大降低光源功率衰减，保证了光源寿命。

7、照射方式： 连续、调制任意可选；

调制宽度：0.1s～2s可调，调制间隔：0.1s～2s可调，步长0.1s。

8、辐照时间： 控制范围：1～90min59s连续可调，步长：1min、5min、10min可选；

9、　温度监控及超温保护:

(用户可选配) 仪器在正常工作时，具有对辐照面温度监测的功能，温度监测范围：36℃～42℃；

仪器具有超温保护功能，当有效辐照面的温度超过41℃±1℃时，仪器能停止辐射输出且不可自动恢复；

光辐射输出窗口的最高温度不超过60℃，且系统有超温预警功能。

10、推荐辐照距离：10cm～25cm之间。

11、伸缩臂装置：　三关节旋转臂可180°水平旋转；升降高度调节范围：≥300mm。

12、光源模组噪音：采用超静音风扇；在正常工作状态下，产生的噪声不得超过60dB。

13、功率密度自校准系统：　根据光源衰减期曲线，具有闭合自校准算法。

14、冷却系统：　外循环风冷；

15、控制系统：　1）8寸高清触摸屏，智能控制系统；可根据用户习惯最多存储5个常用最佳治疗参数；

2）光源辐照度大小可在10%～100%调节，步进1%、5%、10%可选；

3）点阵光源5页光源模块可同时照射也可单页照射，适应不同辐照面积的选择；

4）点阵光源可控制单波或双波同时照射，在触摸屏上可自由选择，无需更换光源模组；

5）具有驱动异常检测、光源异常检测功能；

6）系统具有每个波长单独出光时间累计功能，可根据此功能进行光源模组更换判定。

16、保护装置：　配有安规漏电隔离变压器装置，超温自动断电保护装置。

17、电　源：单相交流220V/50Hz ，0.5kW;

吸脂仪主要技术参数

1、极限负压值：≥0.095MPa
2、瞬时抽气速率：>80L/min
3、负压调节范围：0.06MPa至极限负压0.095MPa的范围内任意调节
4、蠕动泵极限流量：≥250mL/min
5、工作噪音：≤65db（A）
6、外壳温升：≤20℃
7、设备的额定电压和频率：AC220V±10%；50Hz±1Hz
8、输入功率：1200VA
9、防电击类型分类：I类
10、防电击的程度分类：B型。
11、设备运行方式：间歇加载的连续运行。
12、收集容器容量：≥2000ml×2

强脉冲光治疗仪主要技术参数

1、 光源：原装进口氙灯
2 、皮肤接触晶体：蓝宝石导光晶体
3、 输出波长:8 种滤光片：Acne，515nm，560nm，590nm，615nm，640nm，695nm，Vascular;

4、 能量密度： 5～40J/cm^2 ，步长 1 J/cm^2
5、 终端输出能量： 额定：210J ；最大：252J
6、 脉冲输出方式：
单脉冲、双脉冲、三脉冲、飞点模式等多种输出方式任意可选；
可组合搭配脉冲串总宽度 > 1000ms；
具有定时功能，可以配合“手具按钮”或“脚踏开关”输出脉冲串；
7、 脉冲宽度： 2～20ms,步长 0.5ms，任意可设；子脉冲宽度可单独设定；
8、 脉冲间隔：5～150ms,任意可设；子脉冲间隔可单独设定；
9、 脉冲重复频率： “单次”、“0.5Hz”、“1Hz”、“2Hz”、“3Hz” 五档可以选择
10、 光斑尺寸：4 种：35mm×15mm、15mm×8mm、15mm×15mm、Φ10mm；
独创更换方式，兼顾完美面部贴合度与大光斑快速治疗亦可配合多种规格光斑尺寸进行精雕治疗；
11、 治疗头制冷温度： 2℃～6℃，多种制冷强度可选择；
12、 冷却系统：
内循环封闭水冷，外循环风冷；
内置双过滤洁净装置；
内置水离子浓度过滤装置；
13、 控制系统：
1）15 英寸高清电容触摸屏，智能安卓系统；具备导航操作模式，可根据选择的治疗适应症和患者情况智能推荐最佳治疗参数，具有亚洲人优选模式；
2）具有滤光片自动识别、匹配系统，保证治疗的有效性、安全性、易用性。
3）温度、液位、水流、水量等各种智能化自动检测和控制功能，确保设备长时间有效工作；
4）具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。
5）具有网络功能，可实现远程故障诊断、远程维护、数据加密传输等设备安全保障功能。
6）具有正品认证功能，使用微信扫码功能扫描屏幕上正品认证二维码可获得产品认证信息。
14、 保护装置： 配有遮光罩及自动断电保护装置。
15、 输出控制： “手具按钮”与“脚踏开关”选控；（脚踏开关选配）
16、 电 源： AC220V/50Hz，1.5kVA
17、 使用期限 10 年

二氧化碳激光治疗机主要技术参数

1、激光器类型：封离式直流激励二氧化碳激光器（TEM00） ；

2、激光波长： 10600nm；

3、光斑直径：≤ 0.5mm

4、最小脉冲宽度：≤ 0.1ms；

5、传输方式：≧7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，微型扫描头,垂直向下的出光方式,重量不大于140g；

6、输出功率：治疗模式：连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.3W～25W可调；

调制脉冲：0.3～15W可调；脉冲频率：1000Hz

点阵扫描模式：10mJ～160mJ可调，以10mJ步进；

7、扫描图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、环形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调)。

8 、光学图形扫描器及临床功能已获国家食品药品监督管理局注册审批。

9、 扫描方式： 离散、有序、隔点加重及重复次数可选。另外可选择深浅交错输出方式

10、手具焦距： F=100mm，F=50mm，配有1#-5#点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具（切割手具中具有直径为5mm全剥脱功能手具）

11、图形尺寸： 1～20mm，1～10mm，X轴、Y轴可调；最大扫描面积：≥20 mm×20mm

12、扫描密度： F=50mm,0～1.5mm可调；

F=100mm，0～3.0mm可调；

13、瞄准光系统：650nm±5nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。

14、冷却方式： 封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。

15、控制系统： ≥8寸彩色触摸屏 （中英文界面），软件具有参数修正功能及升级接口、设备存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。具有静音可选模式。

16、开机自检： 具有激光功率电流监测功能。

17、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能，：断水、过载双重保护

18、输入电源： 单相AC220V / 50Hz，5A，输入功率500VA。

半导体激光治疗机主要技术参数

1、激光器类型：半导体激光器

2、输出波长： 808±5nm

3、激光器输出功率：≥600W

4、Bar数量：≥6

5、能量密度： 5-50J/cm² ,连续可调，双脉冲模式可加倍输出

6 、脉冲频率： 0.5-10Hz,以0.5Hz步进

7、单脉冲宽度：10-100ms ，连续可调，双脉冲模式可加倍输出

8 、原光斑尺寸：12×12mm²

9 、工作模式： SHR、HR、飞点多重工作模式

10、皮肤冷却方式：接触式球面蓝宝石导光晶体

11、治疗头制冷温度： 2℃-6℃

12、冷却系统：内循环封闭水冷，外循环风冷；内置双过滤洁净装置。

13 控制系统：

1）≥10.1寸高清触摸屏，智能安卓系统；可根据选择的治疗项目和患者情况推荐最佳治疗参数；

2）具有温度、液位、水流、水量等各种智能化自动检测和控制功能，确保设备长时间有效工作；

3）具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。

14、安全保护功能：激光器具有光闸及自动断电保护功能。

15、开机自检： 具有激光功率电流监测功能。

16、输入电源： 单相交流220V/50Hz，10A（线容量）

射频皮肤治疗仪技术参数

1、输出频率：1.0Mhz±0.1Mhz

2、射频作用原理：深层热效应

3、输出能量:100j～1000j

4、射频治疗机理：治疗头为医疗氧化锆陶瓷材料，表皮隔热，深层热效应，缓解表皮敏感症状，对表皮无热刺激

5、能量输出模式:脉冲模式或连续模式

6、治疗仪有眼部（A）和面部（B）两种治疗模式，每种模式工作电压为1～10档可调，共10档

7、输出能量指示灯氖灯：12V/5A，根据不同档位能量大小自动调节亮度，能量大小与指示灯亮度成正比

8、治疗头每个柱点内功率：最高可达50W

9、时间控制：

9.1、治疗仪可设置工作时间为0～60分钟，采用倒计时方式计时，当达到预定时间后，治疗仪应能自动停止输

9.2、定时准确度误差应不超过±5%

9.3、连续工作时间：治疗仪正常连续工作时间应不小于4h

10、软件应能实现模式选择、治疗档位调节、工作时间设定、开始和停止输出功能

11、操作界面：10.4英寸触摸显示屏

12、安全性：过压过载自动保护

13、使用电压：220V/50Hz

电子注射器控制助推装置技术参数

1、注射精度　±3%

2、交流供电　电源适配器输入 AC 220V 50/60Hz

3、输入功率　≤40W

4、工作环境温度　5℃~40℃

5、工作环境湿度　30%~80%，非冷凝

6、储存温度　-20℃~55℃

7、储存湿度　≤93%

8、显示器尺寸≥10.1英寸

9、适用注射器：0.8ml/1ml、1ml/1ml、2ml/2ml、2.5ml/2ml(L)、2ml/ 3ml、2.5ml/3ml、3ml/3ml、3ml/5ml、4ml/5ml、5ml/5ml、6ml/5ml(L)

10、注射参数设置：选择总注射次数；或者选择每次注射量，由系统自动计算总注射次数

11、负压值：

档位1：-25kPa；档位2：-30kPa；档位3：-35kPa；档位4：-40kPa；档位5：-45kPa

档位6：-50kPa；档位7：-55kPa；档位8：-60kPa；档位9：-70kPa；档位10：-80kPa；

误差±15%

12、输液速度：慢速：1.6mm/s；正常：2.6mm/s；快速：3.6mm/s；

13、最大峰值噪声：≤65dB

14、注射响应：两次注射之间的间隔时长，数值越大代表越慢（留给医生移动注射位置的时间）前一针注射完成后，等待进行下一针注射的等待时间。等待时间从1至9逐级增加，1 为 0.4s，9为3.6s

15、注射等待：负压吸起皮肤后延时一定的时间再注射。负压功能将皮肤吸起后等待一段时间再进行注射。等待时间从1至9 逐级增加，1为0s，9为2.4s。

16、注射保持：推杆推注后维持一定的时间再后退。注射器推头推液到位时，等待一段时间再进行回退。等待时间从 1至 9逐 级增加，1 为 0s，9 为 4s 。

17、负压模式：目前 1-9 级负压模式相同，可根据客户需求定制化负压强度。

包3包含以下设备：

耳镜技术参数

一、设备名称：耳镜

二、技术参数要求：

1、高品质多镀膜光学系统，玻璃实现光导传输最大优化

2、高性能光纤达到最高光导传输，高折射程呈现最佳透光色彩

3、极高透光率,图片真实还原，图像放大依然景深清晰明朗

4、圈内高品质高清图像细节层次鲜明

5、可耐受高温高压消毒灭菌

三、技术要求：

耳镜：角度0°，直径Φ2.7mm，工作长度110mm；

石蜡柜

主要用于组织蜡块的存放、查阅、重切及免疫组化的复诊切片。约放11000 只塑料包埋盒标准蜡块。

1.柜体外壳
材料规格：1.0mm，
技术参数：冷扎钢板
2.抽屉
材料规格：0.80mm
技术参数：冷扎钢板
3.抽屉滑轨
材料规格：5mm
技术参数：ABS塑料
4.柜体底座
材料规格：1.2mm
技术参数：冷扎钢板

电动侧翻床

一、基本参数：

1. 背部折起，腿部折起，左侧翻身，右侧翻身四种功能；

2. 规格：（长×宽×高）2170mm×1060mm×500mm；

3. 床面尺寸为：（长×宽）1930mm×900mm；

4. 背部最大折起角度：≥70°；

5. 腿部最大折起角度：≥40°；

6. 左右侧翻最大角度：≥15°；

7. 最大载荷能力 180Kg；

8. 六个输液架插孔，二个引流袋钩；

二、工艺要求：

1. 焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接；

2. 金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺；

3. 床面板加工工艺：以钢制喷塑制作，并做成凹面一次模压成型，造型大方、透气性能良好表面光洁，四角圆润，拉伸成型，无焊点；

4. 喷塑工艺：采用国际先进的静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电喷涂等工序，提高病床整体的防腐蚀性能；

5. 塑料加工工艺：采用进口全新工程塑料，注塑成型，保证加工生产质量。

三、床架

1. 整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固平稳；

2. 采用优质冷轧钢管，长×宽为 30×60mm，厚度 1.5mm。

四、床面板：

1. 采用优质冷轧精制平板，板材厚度 1.2mm；

2. 背部框架壁厚 1.2mm；

3. 背部床板活动关节双支承卸力结构，支承管轴φ32mm，厚度 3.0mm。

五、床头床尾板：

1. 采用 PP 材质注塑成型制作，具有表面光滑无味，外形美观，色调柔和，强度高，耐腐蚀，耐冲击，易清洗，互换性能，防火等性能；

2. 采用夹具固定，病床推动时无晃动及震动异音，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸，提高抢救速度；

3. 其颜色还可随用户的需求而变换。

六、护栏：

1. 四片豪华分体式护栏，采用 PP 材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降管制，提升病员上下床之安全性与便利性；

2. 阻尼器控制速度及噪音；

3. 护栏开关采用卡钩紧锁；

4. 护栏支撑主体（护栏与床体连接处），支撑部件采用钢板一次冲压成型；

5. 护栏上可放置移动餐桌板，充分体现出功能多样性。

七、控制系统：

1. 电动推杆能力强（最大推力达 6000N，最大拉力达 4000N）,设计紧凑，防护等级高；

2. 控制盒可最大程度的发挥推杆的功能，待机功率低；

3. 手控器（手控板）是采用优化工效学设计、开关触发的手控器。

八、脚轮：

1. 选用专业生产厂家所产高强度静音脚轮，通过 SGS 认证；

2. 6 吋中心控制万向脚轮，病床脚轮中控系统：床架的前后两侧分别装有主动锁紧装置

和从动锁紧装置，包括固定在床架上的六方轴，六方轴通过轴套固定在床架上，脚踏板通过转动轴固定在六方轴两端插在中心控制脚轮的六方孔内，六方轴上固定有主动轴胶耳，主动轴胶耳与连杆链接，通过轴套固定在低架上，中控踏板采用高分子材料

注塑成型，踏板外形尺寸：300×162×40，根据物理性能踏板为 R 工字背形状。使用轻便，刹车稳定；

3. 密封自润滑轴承，防水、防尘；

4. 轮立轴：圆钢主轴，φ28mm；

5. 双面轮：轮面聚合材料，静音、耐磨，轻便灵活，防杂物缠绕。

九、防撞轮：

1 采用 ABS 塑钢材质一体注塑成型制作；

2. 床体四角具有防撞轮，外形圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。

十、输液架：

304#优质不锈钢，φ22mm，升降自锁式设计，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。

十一、床垫：

1. 三折床垫，两侧配有透气孔，长宽与床相配；

2. 全海绵内胆，医用耐磨防水布外套。

吊塔技术参数

1. 产品采用国际标准，制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证。

2. 吊塔主体具备极高的抗拉强度和屈服强度，采用6005高强度铝合金型材，加工级别达到T6，韦氏硬度达到15。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖制造商鲜章）

3. 吊桥承载最大工作承重时，终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤5mm；箱体倾斜角度≤0.2°。

4. 表面采用环保粉末喷塑处理，粉末通过抑菌检测。

5. 电源、气源终端安装在独立可拆卸的白板模块上，模块尺寸宽≧90mm，长≧150mm，电气源可随着模块拆卸更换位置。（提供实物图释义及具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖制造商鲜章）。

6. 所有吊桥上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。

7. 抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验后，外包装及产品均完好无损。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖制造商鲜章）。

8. 所有吊桥箱体可旋转角度≥340度。

9. 所有气体接口必须带有通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。

10. 气体终端插拔次数100,000次以上。

11. 气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。

12. 电源采用双排五插插座，单面箱体排列4个五插插座，占用的面板长度不超过20cm，使得箱体在有限的长度下能提供更多的电源支持。

13. 采用进口医用优质气体管路，为三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，外层为耐磨损PVC材质，坚韧性强，通过生物相容性检测。

14. 滑车滚动轴承与横梁导轨槽无间隙，箱体通过滑车移动时晃动量小，安全稳定，滑车移动距离≥600mm。

15. 医用气体管道在测试压强为320kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%。

16. 吊桥基础架负载10000N·m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖制造商鲜章）。

17. 吊桥悬梁工作承重≧400KG，箱体工作承重≧150KG，托盘工作承重≧50Kg。

18. 具备刹车系统，可保障吊臂移动灵活和定位准确的需要，各关节轴承具备自锁功能，防止吊臂自行产生旋转。

19. 吊塔具有良好的防尘效果，防尘等级达到IP30或以上；吊塔外壳防火等级要求达到UL94-V0。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖制造商鲜章）。

（干湿分离）吊桥，配置要求如下：

1、横梁长度：2000—3500mm（具体尺寸根据实际现场情况定制）。

2、干区配置：仪器托盘2层；抽屉1个。德标气体终端4个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个。220V/10A国标电源插座8个，六类RJ45网络接口2个，等电位端子2个，网篮1个。

3、湿区配置：仪器托盘2层；抽屉1个。德标气体终端4个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个。220V/10A国标电源插座8个，等电位端子2个，双关节输液组合架1个。

举宫器

产品要求:

1、 操作杆

2、引导棒

3、Φ47mm 举宫杯(大)

4、Φ42mm 举宫杯(中)

5、Φ39mm 举宫杯(小)

6、肌瘤钻(大)

7、肌瘤钻(小)

8、加力杆

9、举宫杆

二、安装调试、培训、响应要求。（各分包有不同要求，按各包具体要求执行）

1、安装调试：成交供应商负责免费现场安装、调试；

2、技术培训要求：成交供应商负责配置专业技术人员提供现场技术培训，保证采购人能正常操作设备的各种功能；

3、响应要求：故障电话 7*24小时内电话响应；收到现场服务请求，服务提供方维保工程师保证 24 小时内到达现场响应。

三、付款方式

1、付款方式：按签订合同付款方式执行。

四、售后服务要求：

1、质保期： 本项目中除包2：PRP医用离心机质保期2年；包3：举宫器、耳镜、蜡片柜三个设备质保期1年外,其他设备质保期3年。

2、为保证设备正常运行， 制造商应在中国境内方便的地方设置备件库， 存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期

3 、 提供 800 或 400 全国免费客服电话。

第六章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：(甲方）

供应商（全称）：(乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）项目负责人：　　。

2.合同金额

（1）合同金额小写：　　大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：　　。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：　年月日，　完成日期：年月日。总日历天数：天。

地点：

方式：

4.付款：

1、　　。

2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额 10%的履约担保。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁　　☐ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自生效。

8.合同份数

本合同一式份，采购人执份，　供应商执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

甲　　方：（公章）	乙　　方：（公章）
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
	开 户 银 行：
	帐　　号：

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1） 采购人（以下称甲方） 是指使用财政性资金， 通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见 **【政府采购合同专用条款】。**

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品， 包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务， 包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见 **【政府采购合同专用条款】**。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同， 具体的交货时间、地点和方式见**【政**

府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施， 并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后， 无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后， 应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装， 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第 5.1 条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的 110%运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1） 本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1） 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的， 并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于 **【政府采购合同专用条款】** 规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内， 本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3） 乙方收到通知后应在 **【政府采购合同专用条款】** 规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4） 在质量保证期内， 如果货物的质量或规格与合同不符， 或证实货物是有缺陷的， 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等， 甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5） 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷， 甲方可采取必要的补救措施， 但其风险和费用将由乙方承担， 甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权， 如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权， 保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的， 应当由乙方承担全部法律责任， 给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容， 双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1 验收合格后， 乙方出具正规发票给甲方， 凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分， 甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分， 甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4 支付合同价款时， 一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在 **【政府采购合同专用条款】** 中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如： 产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3） 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修， 但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5） **【政府采购合同专用条款】** 规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中， 甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔， 乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方， 由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失， 经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2） 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复， 上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1） 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中， 如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2） 除本合同第20条规定情况外， 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务， 甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算， 不足七日按一周计算） 赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收， 直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3） 如果乙方迟延交货， 甲方有权终止全部或部分合同， 并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是， 乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中， 甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后， 双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下， 甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同， 乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外， 本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1 合同的中止

（1）合同在履行过程中， 因采购计划调整， 甲方可以要求中止履行， 待计划确定后继续履行；

（2） 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的， 甲方认为有必要或财政部门责令中止的， 应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同， 已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3） 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产， 甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4） 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为， 甲方有权解除合同， 并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5） 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益， 甲方有权终止合同的履行， 给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的， 不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方， 应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方， 并在事件发生后十日内， 向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按**【政府采购合同专用条款】**中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行， 则在仲裁或诉讼期间， 除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章， 如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式， 传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见 **【政府采购合同专用条款】。**

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

本章第二节 第 1.1 款	甲方名称、地址	采购人：泸溪县人民医院 地　址：泸溪县白沙镇建设北路 331 号
本章第二节 第 1.2（6）项	项目现场	泸溪县人民医院
本章第二节 第 5.1 款	履行合同的时间、地点及方式	交货时间：　签订合同后 30个工作日内安装调试验收完毕 交货地点：　泸溪县人民医院 交货方式：　交货交并安装调试验收完毕
本章第二节 第 9.2（1）项	质量保证期	本项目中除包2：PRP医用离心机质保期2年；包3：举宫器、耳镜、蜡片柜三个设备质保期1年外,其他设备质保期3年。
本章第二节 第 9.2（3）项	响应时间	故障电话 7*24小时内电话响应；　收到现场服务请求，服务提供方维保工程师保证 24 小时内到达现场响应。（**（各分包有不同要求，按各包具体要求执行）**）
本章第二节 第 13.5 款	合同价款支付方式和条件	按签订合同付款方式执行
本章第二节 第 14.2（6）项	乙方提供的其他服务	/
本章第二节 第 20.2 款	解决争议的方式	☑ 诉讼 ☑ 仲裁
本章第二节 第 23.1 款	合同未尽事项	双方协商解决

第七章 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

注： 1、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

2、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

本项目投标文件格式以软件版本中投标文件格式为准，请知晓！

政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

采购项目名称：

采　　购　　人：

政府采购编号：

采购代理编号：

采购代理机构：

投标人

年　月　日

一、开标一览表

采购代理编号：_____ 项目名称：_____

包号：_____ 包名称：_____

投标报价	其他内容
小写金额：_____（人民币元） 大写金额：_____（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）	

备注： 1、本“开标一览表”所填报价应与交易平台上所填电子“开标一览表”报价一致， 否则，以交易平台上所填电子“开标一览表”报价为准。

2、本表须按包填写， 一个“包号”一份。

3、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的， 其**投标无效**。

4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的， 应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人） 或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：_

日期：年月日

二、投标保证金

备注：无。

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：　性别：　年龄：职务：系（投标人名称）　的法定代表人（单位负责人。）

特此证明。

附：　法定代表人（单位负责人）　身份证复印件。

身份证（正面）　复印件	身份证（反面）　复印件

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位电子章）：

日期：　年月日

三、授权委托书

本人（姓名、职务） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称） ⑴政府采购编号： ，采购代理编号： ）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效， 特此声明。

身份证（正面） 复印件	身份证（反面） 复印件

注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）（电子签字或电子印章）：

委托代理人（电子签字或电子印章）：

日期： 年月日

四、投标人提供的资格证明文件

须　知

1、投标人应按第二章第 15.1 款要求提供下列的证明材料

附件 4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件 4-2 投标人资格声明(格式)

附件 4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

附件 4-4 联合体协议书（格式）(联合体形式投标的提供）

2、投标人以联合体形式投标的，　除应提交联合协议书(本节附 4-4)外，　参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

附件 4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件， 自然人的身份证明

注：按第二章第 14.1（2）项要求提供。

（1） 投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2） 投标人为非法人组织的， 应提交依法登记证书复印件；

（3） 投标人为个体工商户的， 应提交个体工商户营业执照复印件；

（4） 投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

附件 4-2 投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)

致(采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为， 法定代表人（单位负责人） 为， 具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内， 在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的； 法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的， 从其规定。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的， 可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无， 填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、 我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、 我单位无以下不良信用记录情形：

1、在 “信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在 “中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假， 我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（盖单位电子公章）：

法定代表人（单位负责人） 或委托代理人：（电子签字或电子印章）

日期：年月日

附件 4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章第 14.1项要求提供。

附件 4-4 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）

致（采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加 （项目名称） （采购代理编号：　　）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、 法定代表人（单位负责人） 姓名）

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工， 联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人） 或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

成员 1 名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人） 或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

成员 2 名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人） 或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

…

日期：年月日

注：1、本协议书由委托代理人签字的， 应附法定代表人（单位负责人） 授权委托书。

2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价， 影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务技术文件

采购项目名称：

采　　购　　人：

政府采购编号：

采购代理编号：

采购代理机构：

投标人

年　月　日

五、投标函

致：（采购人、采购代理机构）：

根据贵方为（项目名称） 的投标邀请（政府采购编号： ，采购代理编号：），签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人 （投标人名称） 提交包含下述内容的电子投标文件一份至交易平台，参加采购项目第包投标，并在此声明， 所递交的投标文件内容合法、完整、真实。

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

十三、 中标服务费承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起个 60 个日历日。在投标有效期内， 投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　；邮编：　；电话：；电子邮箱：　。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人） 或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：年月日

六、分项报价

附件 6-1 分项报价说明

分项报价说明

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

附件 6-2 分项报价明细表

分项报价明细表

采购代理编号：_____ 项目名称：_____

包号：_____ 包名称：_____

分项项目名称		规格型号（或项目特征描述）	品牌/产地	数量/单位	金额（元）		备注
					单价	小计	
1							
2							
3							
4							
5							
…							
投标报价（元）：							

备注：（1） **本表应对应“开标一览表”，按包填写**。投标人如果不提供分项报价明细表， 其**投标无效**。

（2） 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则**投标无效**。

（3） 如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（4） 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则， 本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人） 或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：年月日

七、采购需求响应

采购代理编号：　　项目名称：

包号：　　包名称：

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件应答	响应说明

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，　且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）　或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：年月日

附件 7-1 响应-览表

响应-览表

包号	包名称	分项项目名称（条目号/品目名称）	主要技术参数或规格	数量（台套）	交货		备注
					时间	地点	

八、合同条款偏离表

采 购 代 理 编 号 ： 项目名称： _____

包　　号：_____包名称： _____

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件的应答	偏离说明
			投标人保证： 除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。	

备注：（1） 投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；

（2） **投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；**

（3） 如不提供此表， 则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求， 其**投标无效**。

（4） 在采购人与中标人签订合同时， 如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求， 并写入合同。若中标人在合同签订前， 以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人） 或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日　　期：年月_日

九、采购需求偏离表

采 购 代 理 编 号 :项目名称： _____

包　　号： _____　　包名称： _____

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件应答	偏离说明
			投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。	

备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；

（2） **投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离， 应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；**

（3）如不提供此表， 则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其**投标无效**。

（4） 在采购人与中标人签订合同时， 如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求， 并写入合同。若中标人在合同签订前， 以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人） 或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日　　期：年月_ 日

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第 33.6 款要求的， 应提供下列证明资料， 并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

附件 10-1 小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

（不满足以下条件的无需填写）

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定， 本公司为（请填写： 小型、微型） 企业。即， 本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号） 规定的划分标准， 本公司为（请填写： 小型、微型） 企业。

2.本公司参加单位的 项目采购活动提供由本企业承担工程、提供服务， 或者提供本节附页 1“价格评审优惠货物清单”中所列货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位电子章）：

日 期:

附页 1 价格评审优惠货物清单

价格评审优惠货物清单

采购代理编号：_____ 项目名称：_____

包　　号：_____ 包名称：_____

以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。						
1	2	3	4	5	6	7
序号	货物名称	规格型号	价格（元）	货物制造商名称	货物制造商类型	商标名称
小计	/			/	/	/

说明： 1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件 10-1、附件 10-2 的， 且提供的货物为小型、微型企业制造的， 包括视同小型、微型企业， 享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

2、栏目 4“价格”为综合单价， 包含该货物所有隐含的内容， 如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。

3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人） 或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

日期：年月日

附件 10-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明， 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号） 的规定， 本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位电子章）：

日 期:

附件 10-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

（不属于监狱企业的无需提供）

备注： 按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕68 号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件 10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

（不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供）

说明： 投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的， 应按第二章第 33.6 款规定提供证明材料和本章本节附页 2 “优先采购产品清单”，并加盖投标人单位电子章。

附页 2 优先采购产品清单

优先采购产品清单

采购代理编号： _____ 项目名称： _____

包 号： _____ 包名称： _____

以下为投标人提供的政府采购优先采购产品， 投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。					
1	2	3	4	5	6
序号	货物名称	规格型号	价格（元）	货物制造商名称	政策功能编码
节能产品					
小计	/			/	/
环境标志产品					
小计	/			/	/
两型产品					
小计	/			/	/

说明： 1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品或两型产品） 的政府采购政策加分或者价格扣除。

2、栏目 4“价格”为综合单价， 包含货物所有隐含的内容， 如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目 6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、湖南两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的， 只须填写一种）。

4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人） 或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

日期：年月日

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料复印件。

十二、投标人认为需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料；

（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。

本项目投标文件格式以软件版本中投标文件格式为准，请知晓！